カーボン製折りたたみ式ステッキ

取扱説明書

※このたびは、本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に本取扱説明書をお読みいただき、読み終わった後は、いつでも確認できる所に保管してください。

1. 安全上の警告・注意

1) 杖（歩行補助具）以外の用途に使用しないでください。また、本品は歩行を補助するためのもので、全体重を支えることはできません。
2) 杖に亀裂や変形、ガタつきがある場合は、折れるおそれがありますので使用しないでください。
3) 本品は、自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。
次のような方は体重をかけすぎたりすると、肩や手を傷めることもあるため使用しないでください。また、本品をお買い上げ後にそのような状態になった場合はすぐに使用をやめてください。
① 杖なしで歩行できない方、手すりにつかまらなければ歩行できない方、介助者なしでは歩行できない方
② リハビリ中のように、体重の一部を支えないと歩行できない方(ただし、医師等の指導のもとでの使用は含みません)。
4) 身体に合った長さに調節して使用してください。
5) 使用する前に各部を点検してください。
6) 足ゴムが破れたり、すり減ったり、抜けやすくなった場合は、新しい足ゴムと交換してください。
7) 斜めに杖をついたりしますと、転倒しケガをするおそれがありますので、じゅうぶん気をつけて使用してください。
8) 濡れた路面や雪道等の滑りやすいところ、段差のあるところでは転倒しケガをするおそれがあるため、じゅうぶん気をつけて使用してください。
9) 使用中も、長さ調節するプッシュボタンが確実に固定されていることを確認してください。
10) 道路の側溝や凹みがある箇所では杖の先端がはまり込む場合があるため、じゅうぶん気をつけて使用してください。
11) 支柱に内蔵されたゴムロープにゆるみ、損傷等の異常があるときは、お買い上げいただいた販売店に相談してください。

2. 製品概要





1. 図のように持ち、両方に引っ張ってください。
2. 折るように曲げてください。
3. そのまま半分に折り、そのほかの部分も同じように折りたたんでください。
4. 折りたたんだ支柱部をしっかりと持ち、留め具で束ねてください。

2013 年 9 月 5 日制定　　村中医療器株式会社

商品名	注文コード	品番	全長	杖先径	握り部 材質	重量	耐荷重
ｶｰﾎﾞﾝ製折りたたみ式,ｽﾃｯｷ,ｸﾞﾘｰﾝ	502-012-60	CF570-GN-077BK	780～880mm	φ16 mm	木製	250g	80kg
ｶｰﾎﾞﾝ製折りたたみ式,ｽﾃｯｷ,ﾚｯﾄﾞ	502-012-61	CF570-RD-077BK					
ｶｰﾎﾞﾝ製折りたたみ式,ｽﾃｯｷ,ﾌﾞﾙｰ	502-012-62	CF570-BU-077BK					
ｶｰﾎﾞﾝ製折りたたみ式,ｽﾃｯｷ,ﾌﾞﾗｯｸ	502-012-63	CF570-BK-077BK					

3. 杖の長さの調節

プッシュボタンをしっかり押し込み、支柱を上下にスライドさせて長さを調節してください。
※固定穴の間隔 25mm ピッチで 5 段階調節



⚠注意

- プッシュボタンを押し込む際に、指を挟まないように注意してください。
- 調節後、プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。
- 杖の組立、折りたたみの際に、支柱のつなぎ目で指を挟まないよう気をつけてください。
- 支柱に内蔵されたゴムロープの反動により、杖の組立、折りたたみの際、支柱が予期せずに動き出すおそれがあるため、支柱の折り曲げた部分をしっかり握りながら行ってください。

【杖の高さの目安】

- 自然な姿勢で立ち、腕を垂直に下ろしたときの手首の位置に、握り部がくるようにします。
- 腰の曲がった方は、曲がった状態で合わせてください。
- 杖先をつま先の前方外側 15～20cm のところに置いたとき、体の縦の線と腕の角度が 30～40° になるようにします。



4. お手入れ・保管方法

1) ご使用後は、汚れや水濡れを拭き取ってください。
2) 汚れがひどいとき、汚れが落ちにくいときは中性洗剤を含ませた柔らかい布で清拭してください。
3) ストーブの前、夏場の自動車内など、高温になる場所での保管は支柱内のゴムロープが劣化しやすくなるので避けてください。
4) 寒冷地など低温になる場所では、支柱を折りたたんだ状態からゴムロープの弾性がすぐに回復しないことがあるので注意してください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/

2013 年 9 月 5 日制定　　村中医療器株式会社